



Juli 2025

Beste IDEXX klant,

In overeenstemming met artikel 33, lid 1 van de Verordening (EG) 1907/2006 ('REACH') informeren wij u dat de batterij van de VetStat™ elektrolyt- en bloedgasanalysator > 0,1% loodsoldeer bevat. Het loodsoldeer wordt intern in de batterij gebruikt om elektronische draden aan te sluiten en is niet toegankelijk tijdens normaal gebruik.

IDEXX streeft ernaar u te voorzien van producten voor diagnostiek van de hoogste kwaliteit die aan alle lokale veiligheids- en wettelijke voorschriften voldoen. Blijf de analysator en de batterij gebruiken volgens de gebruiksaanwijzing.

Met vriendelijke groet,

**Tamara Goodine**

VetStat™ Product Manager, IDEXX