CREATING CLARITY

Cycleren van IDEXX SNAP™-testen

Uw handleiding voor het dagelijks opwarmen



Wat is cycleren?

Cycleren is het proces waarbij u SNAP™-testen uit de koelkast haalt om ze op kamertemperatuur te laten komen en aan het einde van uw werkdag weer teruglegt in de koelkast. SNAP™-testen maken gebruik van ELISA-technologie en moeten daardoor meestal gekoeld blijven om hun hoge nauwkeurigheid te behouden. Door SNAP™-testen aan het begin van uw werkdag al uit de koelkast te halen, hoeft u niet te wachten tot de testen op temperatuur zijn en kunt u de hele dag efficiënt en nauwkeurig testen.



Stap voor stap:

1. **Bekijk de tabel (zie achterkant):** Raadpleeg de tabel voor de limieten die gelden voor de temperatuur en voor de tijdsduur van het cycleren voor elke SNAP™-test.
2. **Houd de tijd bij:** Noteer wanneer u de test uit de koelkast haalt om de tijd van het cycleren bij te houden.
3. **Laat in de verpakking:** Haal de SNAP™-test niet uit de folie en laat het conjugaat in het flesje.
4. **Gebruik indien nodig:** Wanneer u de test gaat gebruiken, hoeft u deze niet eerst op te warmen!
5. **Leg op tijd terug:** Als u de test niet gebruikt, leg deze dan binnen de aangegeven tijd (8 of 14 uur, afhankelijk van de test) weer in de koelkast.

BEWAARTEMPERATUUR	TEST	MAXIMALE TIJDSDUUR CYCLEREN	RICHTLIJNEN VOOR CYCLEREN
Kamertemperatuur **OF** gekoeld (2 °C - 25 °C)	SNAP™ 4Dx™ Plus†	14 uur	
	SNAP™ Leish 4Dx™†	14 uur	
	SNAP™ *Leishmania*†	14 uur	
	SNAP™ Heartworm RT	8 uur	
	SNAP™ Parvo	8 uur	
Gekoeld (2 °C - 8 °C)	SNAP™ cPL™	8 uur	Kan maximaal 30 keer worden gecycleerd.
	SNAP™ fPL™	8 uur	
	SNAP™ Feline proBNP	8 uur	
	SNAP™ FeLV	14 uur	
	SNAP™ FIV/FeLV Combo	14 uur	
	SNAP™ Foal IgG	8 uur	
	SNAP™ *Giardia*	8 uur	
	SNAP™ Lepto	8 uur	
	SNAP™ Cortisol	8 uur	Kan maximaal 5 keer worden gecycleerd. Conjugaat kan niet worden gecycleerd en moet gekoeld blijven en koud worden gebruikt.

†De manier van bewaren kan van invloed zijn op de houdbaarheidsdatum van SNAP™ 4Dx™ Plus, SNAP™ Leish 4Dx™ en SNAP™ *Leishmania*. Testen die bij kamertemperatuur worden bewaard zijn 6 maanden houdbaar en dat kan niet worden verlengd door koeling. Als de testen gekoeld bewaard worden, geldt de uiterste houdbaarheidsdatum op de verpakking.

Ondersteuning bij elke SNAP™-test

Iedere SNAP™-test geeft u toegang tot uitgebreide ondersteuning van IDEXX, waaronder medisch advies van specialisten, diagnostische stroomdiagrammen en vervolgtesten bij het IDEXX Laboratorium. U krijgt dus niet alleen ondersteuning bij het uitvoeren en interpreteren van de test, maar ook ver daarna.

Bestel SNAP™-testen rechtstreeks bij IDEXX via order.idexx.nl of order.idexx.be.

IDEXX

© 2026 IDEXX Laboratories, Inc. Alle rechten voorbehouden. • 09-2690569-01_NL • Het IDEXX-privacybeleid kunt u raadplegen op idexx.com.
Alle handelsmerken zijn eigendom van IDEXX Laboratories, Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere landen.