

Verlenging vervaldatum Catalyst SmartQC



Goed nieuws! Gebaseerd op lopend stabiliteitsonderzoek is de houdbaarheid van Catalyst™ SmartQC™ Control (onderdeelnummer 99-0019432) verlengd.

Als u een van de volgende partijen Catalyst SmartQC op voorraad hebt, of als u in de toekomst een van de volgende partijen ontvangt, schrijft u de nieuwe vervaldatum op de voorkant van de doos:

Partijnummer	Oorspronkelijke vervaldatum	Nieuwe vervaldatum
724003	13/11/2025	13/5/2026
724004	19/12/2025	19/6/2026
724005	7/2/2026	7/8/2026
724006	26/3/2026	26/9/2026

Alle toekomstige partijen die hierboven niet worden genoemd, zijn al bedrukt met de juiste vervaldatum.

Dank u voor de lopende samenwerking en uw hulp bij het markeren van de dozen die u op voorraad hebt.